

ದಿನಾಂಕ: 26.07.2023 ರಂದು ಡಾ|| ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ.ಆರ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನೆಫೋ-ಯುರಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಜರುಗಿದ ಪ್ರೀ-ಬಿಡ್ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದವರು:

- 1) ಡಾ|| ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ.ಆರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು,
ಯುರಾಲಜಿ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ನೆಫೋ-ಯುರಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.
- 2) ಡಾ|| ಪ್ರದೀಪ್.ಎಂ.ಎಸ್, ಸದಸ್ಯರು
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು,
ಅರವಳಿಕೆ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು,
ನೆಫೋ-ಯುರಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.
- 3) ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲ.ಕೆ.ಸಿ, ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
(ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಭಾರ),
ನೆಫೋ-ಯುರಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.
- 4) ಡಾ|| ಶ್ರೀಧರ್.ಸಿ.ಜಿ, ಸದಸ್ಯರು
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು,
ನೆಫಾಲಜಿ ವಿಭಾಗ,
ನೆಫೋ-ಯುರಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಪ್ರೀ-ಬಿಡ್ ಸಭೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಜರುಗಿಸಲು ಕೋರಿದರು.

ದಿನಾಂಕ: 21.07.2023 ರಂದು ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರೀ-ಬಿಡ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

1. Procurement of Anaesthesia Machine.
2. Procurement of Hemo-Dialysis Machine.

ಪ್ರೀ-ಬಿಡ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಹೆಸರು
1.	M/s Unitech Medical Mr Praveen
2.	M/s Sri Venkateshwara Enterprises Mr Ravikumar
3.	M/s Nipro Medical Mr Sharan
4.	M/s Aims Mr Prasad
5.	M/s K K Allianze Mr Kamal Jain
6.	M/s Allied Medical Ltd., Mr Vinay Kumar

ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಮಿತಿಯು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿತು.

1. Procurement of Anaesthesia Machine.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಟೆಂಡರ್‌ನ ಹೆಸರು	ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು/ಪ್ರತಿನಿಧಿ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ
1.	Procurement of Anaesthesia Machine	M/s Allied Medical Ltd.,	ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ :41 ರ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ Ventilator should have a large color display of minimum 8" inch with Touch Screen and knob-user interface ರ ಬದಲು Ventilator should have a large color display of minimum 7" inch with Touch Screen and knob user interface ಎಂದು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.	ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ, ಡಾ ಪ್ರದೀಪ್.ಎಂ.ಎಸ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಅರವಳಿಕೆ ವಿಭಾಗ ಇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:41 ರ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ Ventilator should have a large color display of minimum 8" inch with Touch Screen and knob user interface ರ

				ಬದಲು Ventilator should have a large color display of minimum 7" inch with Touch Screen and knob user interface ಎಂದು ತಿದ್ದಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಮಿತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿತು.
		1) M/s Sri Venkateshwara Enterprises 2) M/s Unitech Medical	ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:41 ರ Ventilator should be capable of ventilating diverse range of patient groups from neonates to adult patients with restrictive airways with single bellows system ರ ಬದಲು Ventilator should be capable of ventilating diverse range of patient groups from pediatric to adult patients with restrictive airways with single bellows system ಎಂದು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.	ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ, ಡಾ ಪ್ರದೀಪ್.ಎಂ.ಎಸ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಅರವಳಿಕೆ ವಿಭಾಗ ಇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:41 ರ Ventilator should be capable of ventilating diverse range of patient groups from neonates to adult patients with restrictive airways with single bellows system ರ ಬದಲು Ventilator should be capable of ventilating diverse range of patient groups from pediatric to adult patients with restrictive airways with single bellows system ಎಂದು ತಿದ್ದಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಮಿತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿತು.
		M/s Sri Venkateshwara Enterprises	ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:41 ರ Tidal volume range: 20 ml to 1600 ml ರ ಬದಲು Tidal volume range: 20 ml to 1500 / 1600 ml ಎಂದು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.	ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ, ಡಾ ಪ್ರದೀಪ್.ಎಂ.ಎಸ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಅರವಳಿಕೆ ವಿಭಾಗ ಇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:41 ರ Tidal volume range: 20 ml to 1600 ml ರ ಬದಲು Tidal volume range: 20 ml to 1500 / 1600 ml ಎಂದು ತಿದ್ದಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಮಿತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿತು.

2. Procurement of Hemo-Dialysis Machine.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಟೆಂಡರ್‌ನ ಹೆಸರು	ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು / ಪ್ರತಿನಿಧಿ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ
1.	Procurement of Hemo-Dialysis Machine	M/s Nipro Medical	ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ :39 ರ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ Treatment parameters should be displayed by trend curve and digital both ರ ಬದಲು Treatment parameters should be displayed by trend curve OR digital ಎಂದು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.	ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ, ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:39 ರ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆಯ Treatment parameters should be displayed by trend curve and digital both ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸಮಿತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿತು.
			ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ :39 ರ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ Machine should have Air bubble detector facility with level adjustment facility for Venous chamber by up-down keys ರ ಬದಲು Machine should have Air bubble detector facility with level adjustment facility for Venous chamber by up-down keys manually ಎಂದು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.	ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ, ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ :39 ರ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ Machine should have Air bubble detector facility with level adjustment facility for Venous chamber by up-down keys ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸಮಿತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿತು.
		M/s Aims	ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 39-40ರ SPECIFICATIONS FOR HEMO-DIALYSIS MACHINE ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು. 1) Machine should have Inbuilt online Non-Invasive patient blood pressure monitoring. 2) Machine should be upgradable to future software developments and can be linked with Patient Data Management System (Optional).	ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ, ಡಾ ಶ್ರೀಧರ್ .ಸಿ.ಜಿ, ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ನೆಫ್ರೋಲಜಿ ವಿಭಾಗ ಇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 39-40ರ SPECIFICATIONS FOR HEMO-DIALYSIS MACHINE ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಮಿತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿತು. 1) Machine should have Inbuilt online Non-Invasive patient blood pressure monitoring.

			<p>3) Machine should have real time clearance surveillance for urea & Kt/V to assess adequacy of dialysis. It should display real time Urea clearance, Plasma Sodium, Current Kt/V and Time required to achieve Target Kt/V.</p> <p>4) Machine should have Comprehensive warranty for 2 years.</p>	<p>2) Machine should be upgradable to future software developments and can be linked with Patient Data Management System (Optional).</p> <p>3) Machine should have real time clearance surveillance for urea & Kt/V to assess adequacy of dialysis. It should display real time Urea clearance, Plasma Sodium, Current Kt/V and Time required to achieve Target Kt/V.</p> <p>4) Machine should have Comprehensive warranty for 2 years.</p>
--	--	--	--	---

ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.



ಡಾ|| ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ.ಆರ್,
 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನ ಸಮಿತಿ
 ಹಾಗೂ
 ನಿರ್ದೇಶಕರು,
 ನೆಫ್ರೋ-ಯುರಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ,
 ಬೆಂಗಳೂರು.

