

ದಿನಾಂಕ: 03.01.2023 ರಂದು ಡಾ|| ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ.ಆರ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನೆಫೋ-ಯುರಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಜರುಗಿದ ಪ್ರೀ-ಬಿಡ್ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದವರು:

- |    |   |                     |
|----|---|---------------------|
| 1) | ಡಾ   ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ.ಆರ್,<br>ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ<br>ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಯುರಾಲಜಿ ವಿಭಾಗ,<br>ನೆಫೋ-ಯುರಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ,<br>ಬೆಂಗಳೂರು.           | ಅಧ್ಯಕ್ಷರು           |
| 2) | ಡಾ   ಪ್ರದೀಪ್.ಎಂ.ಎಸ್,<br>ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು<br>ಅರವಳಿಕೆ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ<br>ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು,<br>ನೆಫೋ-ಯುರಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ,<br>ಬೆಂಗಳೂರು. | ಸದಸ್ಯರು             |
| 3) | ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್.ಎಂ,<br>ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು,<br>ನೆಫೋ-ಯುರಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ,<br>ಬೆಂಗಳೂರು.  | ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು |
| 4) | ಡಾ   ಶ್ರೀಧರ್.ಸಿ.ಜಿ,<br>ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು,<br>ನೆಫಾಲಜಿ ವಿಭಾಗ,<br>ನೆಫೋ-ಯುರಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ,<br>ಬೆಂಗಳೂರು.                     | ಸದಸ್ಯರು             |
| 5) | ಡಾ   ವಿನಯ್.ಕೆ.ಎಸ್,<br>ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು,<br>ಪೆಫಾಲಜಿ ವಿಭಾಗ,<br>ನೆಫೋ-ಯುರಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ,<br>ಬೆಂಗಳೂರು.   | ಸದಸ್ಯರು             |

**ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು:-**

- 6) ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ.ವಿ,  
ಅಭಿಯಂತರರು,  
ನೆಫ್ರೋ-ಯುರಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ  
ಬೆಂಗಳೂರು.
- 7) ಶ್ರೀ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ರಸಾದ್.ಎಸ್.ಎನ್,  
ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಅಧೀಕ್ಷಕರು,  
ನೆಫ್ರೋ-ಯುರಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ  
ಬೆಂಗಳೂರು

ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಪ್ರಿ-ಬಿಡ್ ಸಭೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಜರುಗಿಸಲು ಕೋರಿದರು.

ದಿನಾಂಕ: 28.12.2022 ರಂದು ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಿ-ಬಿಡ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

| Sl. No | Name of the Tender  |
|--------|---|
| 1.     | ಗೈಡ್‌ವೈರ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  |
| 2.     | ಎಕ್ಸ್‌ರೇ ಫಿಲ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  |
| 3.     | ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ.                                   |
| 4.     | ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸೇವೆ.  |
| 5.     | ಪೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೇವೆ (CALL-II).   |
| 6.     | ಡ್ರಗ್ಸ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಸೂಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸೆಲೇನಿಯಸ್ RC-II (CALL-II).                         |
| 7.     | ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೋಳ್ಳಿರಾಯಣ್ಣ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ (CALL-II). |
| 8.     | ಸ್ಟೇಷನರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  |
| 9.     | ಪೆಥಾಲಜಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   |

|     |  |
|-----|--|
| 10. | ನೆಫೋ-ಯುರಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಹಾಗೂ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ. |
| 11. | ಯುರಾಲಜಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  |

ಪ್ರೀ-ಬಿಡ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಹೆಸರು                         |
|-------------|---|
| 1.          | M/s Browndove<br>Sri M C Srinivasn                          |
| 2.          | M/s Polymedicure<br>Sri Lenin Monterio                      |
| 3.          | M/s Arrow<br>Sri Rajesh                                     |
| 4.          | M/s Olympus<br>Sri Sunil.S                                  |
| 5.          | M/s Pika Medical<br>Sri Muthuraj                            |
| 6.          | M/s Homemedix<br>Sri Prathap Shetty                         |
| 7.          | M/s Siemens Health Care<br>Sri Nilesh                       |
| 8.          | M/s Basil Bio Solution<br>Sri Vivek M S                     |
| 9.          | M/s SWISS<br>Sri Rama Chandra K M                           |
| 10.         | M/s M.Naveen Kumar<br>Sri Madhukumar                        |
| 11.         | M/s Allengers Global Healthcare (P) Ltd.,<br>Sri Sai Magesh |

ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಮಿತಿಯು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿತು.

1. ಗ್ಯಾಡ್‌ವೆರ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಪ್ರೀ-ಬಿಡ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

2. ಎಕ್ಸ್‌ರೇ ಫಿಲ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಪ್ರೀ-ಬಿಡ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

3. ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ.

ಪ್ರೀ-ಬಿಡ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

4. ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸೇವೆ.

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಟೆಂಡರ್‌ನ ಹೆಸರು | ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು/ಪ್ರತಿನಿಧಿ                                 | ಪ್ರಶ್ನೆ  | ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ   |
|----------|----------------|---|--|--|
| 1.       | ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸೇವೆ  | M/s Sharp Watch Investigation Security Services Pvt Ltd | ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ :24 ರಲ್ಲಿ ನೋಟ್-02 ರಲ್ಲಿ Service charge should be specified in Rs. Only ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೋರಿದರು.  | ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:24 ರಲ್ಲಿ ನೋಟ್-02 ರಲ್ಲಿ Service charge should be specified in Rs. Only ರ ಬದಲು <b>Service charge should be specified in percentage only (i.e multiple of 1)</b> ಎಂದು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಮಿತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿತು.   |
|          |                |   | ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ :02 ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:08 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ If the bidder has been a Rate Contract holder of this institute performance certificate issued by our institute should be uploaded without fail. Failing which your tender may be rejected ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಕೋರಿದರು. | ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ, ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ :02 ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:08 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ If the bidder has been a Rate Contract holder of this institute performance certificate issued by our institute should be uploaded without fail. Failing which your tender may be rejected ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಅಂಶವನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಮಿತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿತು. |
|          |                |   | ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗುವ ಒಂದೇ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡ್ಡಾರರು L-1 ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರೆ ಯಾವ ಆಧಾರದ  | ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ, ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗುವ ಒಂದೇ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡ್ಡಾರರು L-1 ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರೆ, L-1 ಆಗಿ  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೋರಿದರು. | ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಲಾಟರಿ ಮುಖಾಂತರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಮಿತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿತು. |
|--|--|--|--|

5. ಪೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೇವೆ (CALL-II).

ಪ್ರೀ-ಬಿಡ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

6. ಡ್ರಗ್ಸ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಸೂಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸೇಲೇನಿಯಸ್ RC-II (CALL-II).

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಟೆಂಡರ್‌ನ ಹೆಸರು  | ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು/ಪ್ರತಿನಿಧಿ          | ಪ್ರಶ್ನೆ   | ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ  |
|----------|---|----------------------------------|---|---|
| 1.       | ಡ್ರಗ್ಸ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಸೂಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸೇಲೇನಿಯಸ್ RC-II (CALL-II). | M/s Browndove & M/s Polymedicure | ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ :16 ರ List of Items ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 07 ರ ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆ Polysulfone (Adult) (Surface Area 1.35m.sq) ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೋರಿದರು.  | ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ನೆಫಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:16 ರ List of Items ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 07 ರ ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆ Polysulfone (Adult) (Surface Area 1.35m.sq) ರ ಬದಲು Polysulfone (Adult) (Surface Area 1.2 to 1.4 m.sq) ಎಂದು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಮಿತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿತು.   |
|          |   | M/s Arrow                        | ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ :16 ರ List of Items ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 08 ರ ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆ 18G x 7cm Introducer Needle; 0.038"x70cm J/ Guidewire, 10 Fr Dilator,12F Dilator,14 Fr Dilator, with Dressing & Sealing Cap, Tunneler, Peel away sheath, Scalpel, 14.5 Fr Tip to Cuff 19 cm tunneled cuffed catheter ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೋರಿದರು. | ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ನೆಫಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:16 ರ List of Items ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 08 ರ ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆ 18G x 7cm Introducer Needle; 0.038"x70cm J/ Guidewire, 10 Fr Dilator,12F Dilator,14 Fr Dilator, with Dressing & Sealing Cap, Tunneler, Peel away sheath, Scalpel,14.5 Fr Tip to Cuff 19 cm tunneled cuffed catheter ರ ಬದಲು 18G x 7cm Introducer Needle; 0.038"x70cm J/ Guidewire, 10 Fr Dilator,12F Dilator,14 Fr |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | Dilator, with Dressing & Sealing Cap, Tunneler, Peel away sheath, Scalpel,14.5 / 15 Fr Tip to Cuff 19 cm symmetrical tip tunneled cuffed catheter ಎಂದು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಮಿತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿತು.  |
|  |  |  | ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ :17 ರ List of Items ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 09 ರ ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆ 18Gx7cm Introducer Needle; 0.038"x70cm J/ 10 Fr Dilator, 12F Dilator, 14 Fr Dilator, with Dressing & Sealing Cap, Tunneler, Peel away sheath, Scalpel,14.5 Fr Tip to Cuff23 cm tunneled cuffed catheter ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೋರಿದರು.               | ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ನೆಫಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:17 ರ List of Items ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 09 ರ ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆ 18Gx7cm Introducer Needle; 0.038"x70cm J/ 10 Fr Dilator, 12F Dilator, 14 Fr Dilator, with Dressing & Sealing Cap, Tunneler, Peel away sheath, Scalpel,14.5 Fr Tip to Cuff23 cm tunneled cuffed catheter ರ ಬದಲು 18G x 7cm Introducer Needle; 0.038"x70cm J/ 10 Fr Dilator, 12F Dilator, 14 Fr Dilator, with Dressing & Sealing Cap, Tunneler, Peel away sheath, Scalpel, 14.5 / 15 Fr Tip to Cuff23 cm symmetrical tip tunneled cuffed catheter ಎಂದು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಮಿತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿತು. |
|  |  |  | ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ :17 ರ List of Items ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 10 ರ ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆ 18G x 7cm Introducer Needle; 0.038"x70cm J/ Guidewire, 10 Fr Dilator, 12F Dilator, 14 Fr Dilator, with Dressing & Sealing Cap, Tunneler, Peel away sheath, Scalpel, 14.5 Fr Tip to Cuff27 cm tunneled cuffed catheter ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೋರಿದರು. | ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ನೆಫಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:17 ರ List of Items ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 10 ರ ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆ 18G x 7cm Introducer Needle; 0.038"x70cm J/ Guidewire, 10 Fr Dilator, 12F Dilator, 14 Fr Dilator, with Dressing & Sealing Cap, Tunneler, Peel away sheath, Scalpel,14.5 Fr Tip to Cuff27 cm tunneled cuffed catheter ರ ಬದಲು 18G x 7cm Introducer Needle; 0.038"x70cm J/ Guidewire, 10 Fr Dilator, 12F Dilator, 14 Fr Dilator, with Dressing & Sealing Cap, Tunneler, Peel away sheath, Scalpel, 14.5 / 15 Fr Tip to Cuff27   |

|  |  |  |   |   |
|--|--|--|---|---|
|  |  |  |   | cm symmetrical tip tunneled cuffed catheter ಎಂದು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಮಿತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿತು.   |
|  |  |  | ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ :17 ರ List of Items ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 11 ರ ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆ 18G x 7cm Introducer Needle; 0.038"x70cm J/ stainless steel Guidewire, 10 Fr Dilator, 12F Dilator, 14 Fr Dilator, with Dressing & Sealing Cap, Tunneler, Peel away sheath, Scalpel,14.5 Fr Tip to Cuff33 cm tunneled cuffed catheter ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೋರಿದರು. | ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ನೆಫಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:17 ರ List of Items ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 11 ರ ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆ 18G x 7cm Introducer Needle; 0.038"x70cm J/ stainless steel Guidewire, 10 Fr Dilator, 12F Dilator, 14 Fr Dilator, with Dressing & Sealing Cap, Tunneler, Peel away sheath, Scalpel, 14.5 Fr Tip to Cuff33 cm tunneled cuffed catheter ರ ಬದಲು 18G x 7cm Introducer Needle; 0.038"x70cm J/ stainless steel Guidewire, 10 Fr Dilator, 12F Dilator, 14 Fr Dilator, with Dressing & Sealing Cap, Tunneler, Peel away sheath, Scalpel, 14.5 / 15 Fr Tip to Cuff33 cm symmetrical tip tunneled cuffed catheter ಎಂದು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಮಿತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿತು. |

7. ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೋಳ್ಳಿರಾಯಣ್ಣ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ (CALL-II).

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಟೆಂಡರ್‌ನ ಹೆಸರು   | ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು/ಪ್ರತಿನಿಧಿ          | ಪ್ರಶ್ನೆ  | ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ   |
|----------|--|----------------------------------|--|--|
| 1.       | ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೋಳ್ಳಿರಾಯಣ್ಣ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ (CALL-II) | M/s Browndove & M/s Polymedicure | ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ :18 ರ List of Items ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 27 ರ ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆ Polysulfone (Adult) (Surface Area 1.35m.sq) ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೋರಿದರು. | ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ನೆಫಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:18 ರ List of Items ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 27 ರ ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆ Polysulfone (Adult) (Surface Area 1.35m.sq) ರ ಬದಲು |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | Polysulfone (Adult) (Surface Area 1.2 to 1.4 m.sq) ಎಂದು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಮಿತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿತು. |
|--|--|--|--|--|

8. ಸ್ವೇಷನರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಪ್ರೀ-ಬಿಡ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

9. ಪೆಥಾಲಜಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಟೆಂಡರ್‌ನ ಹೆಸರು                               | ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು/ಪ್ರತಿನಿಧಿ | ಪ್ರಶ್ನೆ  | ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ  |
|----------|--|-------------------------|--|---|
| 1.       | ಪೆಥಾಲಜಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ | M/s Siemens Health Care | ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ :39 ರ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ Should be FDA, CE, or BIS approved product ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೋರಿದರು.  | ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:39 ರ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ Should be FDA, CE, or BIS approved product ರ ಬದಲು Should be FDA / CE / BIS approved product ಎಂದು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಮಿತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿತು.   |
|          |  |                         | ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ :41 ರ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ In urine chemistry equipment the Urine Strip Feeder drum storage capacity should be 250 to 300 strips with continuous and user-friendly loading ರ ಬದಲು In urine chemistry equipment the Urine Strip Feeder drum storage capacity should be 250 to 300 strips / Cassette with continuous and user-friendly loading ಎಂದು ನಮೂದಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು. | ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ, ಪೆಥಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ :41 ರ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ In urine chemistry equipment the Urine Strip Feeder drum storage capacity should be 250 to 300 strips with continuous and user-friendly loading ರ ಬದಲು In urine chemistry equipment the Urine Strip Feeder drum storage capacity should be 250 to 300 strips / Cassette with continuous and user-friendly loading ಎಂದು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಮಿತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿತು. |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ :42 ರ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ Instrument should be ISO, GMP, CE certified ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೋರಿದರು. | ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ :42 ರ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ Instrument should be ISO, GMP, CE certified ರ ಬದಲು Instrument should be ISO / GMP / CE certified ಹಾಗೂ The instrument should not be of Chinese origin ಎಂದು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಮಿತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿತು |
|  |  | ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ :44 ರ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ Should be FDA, CE, or BIS approved product ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೋರಿದರು.  | ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ :44 ರ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ Should be FDA, CE, or BIS approved product ರ ಬದಲು Should be FDA / CE / BIS approved product ಎಂದು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಮಿತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿತು  |

10. ನೆಫೋ-ಯುರಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಹಾಗೂ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಟೆಂಡರ್‌ನ ಹೆಸರು  | ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು/ಪ್ರತಿನಿಧಿ | ಪ್ರಶ್ನೆ  | ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ  |
|----------|---|-------------------------|--|---|
| 1.       | ನೆಫೋ-ಯುರಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಹಾಗೂ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ | M/s M.Naveen Kumar      | ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ :35 ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:04 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ The tendered should have valid class-1 Government of Karnataka e-procurement registered contractor of KPWD / CPWD / CEIG equivalent registered contractors of any other Government departments / organization ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೋರಿದರು. | ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ :35 ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:04 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ The tendered should have valid class-1 Government of Karnataka e-procurement registered contractor of KPWD / CPWD / CEIG equivalent registered contractors of any other Government departments / organization ರ ಬದಲು The tendered should have valid Government of Karnataka e-procurement registered contractor of KPWD / CPWD / CEIG equivalent registered contractors of any other Government departments / organization ಎಂದು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಮಿತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿತು. |

|  |  |  |   |   |
|--|--|--|---|---|
|  |  |  | <p>ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ :36 ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:37 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ The contractor should make his own arrangements for water supply required for the work. If departmental water is used, 1% (one percent) of the bill amount will be recovered. In case of use of power/electricity, 1% (one percent) of the bill amount will be recovered irrespective of Usage for this work ಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಅಥವಾ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.</p> | <p>ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:36 ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:37 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ The contractor should make his own arrangements for water supply required for the work. . If departmental water is used, 1% (one percent) of the bill amount will be recovered. In case of use of power/electricity, 1% (one percent) of the bill amount will be recovered irrespective of Usage for this work ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಮಿತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿತು.</p>  |
|  |  |  | <p>ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ :38 ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:01 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ The tendered should have valid class-IV and above Government of Karnataka e-procurement registered contractor of KPWD / CPWD / CEIG equivalent registered contractors of any other Government departments / organization ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೋರಿದರು.</p>  | <p>ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ :38 ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:01 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ The tendered should have valid class-IV and above Government of Karnataka e-procurement registered contractor of KPWD / CPWD / CEIG equivalent registered contractors of any other Government departments / organization ರ ಬದಲು The tendered should have valid Government of Karnataka e-procurement registered contractor of KPWD / CPWD / CEIG equivalent registered contractors of any other Government departments / organization ಎಂದು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಮಿತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿತು.</p> |

11. ಯುರಾಲಜಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಟೆಂಡರ್‌ನ ಹೆಸರು                                | ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು/ಪ್ರತಿನಿಧಿ | ಪ್ರಶ್ನೆ   | ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ  |
|----------|---|-------------------------|---|---|
| 1.       | ಯುರಾಲಜಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. | M/s Olympus             | ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ :39 ರಿಂದ 50 ರವರೆಗೆ<br><b>LAPAROSCOPIC INSTRUMENTS SET</b><br>ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಮೂದಿಸಿರುವ ವಿವಿಧ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು. | ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ, ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ :39 ರಿಂದ 50 ರವರೆಗೆ<br><b>LAPAROSCOPIC INSTRUMENTS SET</b> ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ವಿಭಿನ್ನ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ, <b>LAPAROSCOPIC INSTRUMENTS SET</b> ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಮೂದಿಸಿರುವ A) Full High Definition Laparoscopy imaging system ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 06 ಮತ್ತು 07 ಅನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದಂತಹ ವಿವರಣೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದರ ನಮೂದಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 06 ಮತ್ತು 07 ಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದರ ನಮೂದಿಸಲು ಮುಂದುವರೆದು, ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 43 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ B) - Hand instruments for laparoscopy ವಿವರಣೆಯಿಂದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 50 ರವರೆಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ವಿವರಣೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದರ ನಮೂದಿಸಲು ಮತ್ತು ಕವರ್-2 ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದ ನಂತರ ವಿಭಿನ್ನ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದರವನ್ನು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಸಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಸಮಿತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿತು. |
|          |   |                         | ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ :49 ರ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆಯ <b>Standards and Safety</b> ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 01 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ Should be FDA /   | ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ :49 ರ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆಯ <b>Standards and Safety</b> ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 01 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ Should be FDA / CE and BIS  |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  | CE and BIS approved product ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೋರಿದರು.  | approved product ರ ಬದಲು Should be FDA / CE / BIS approved product ಎಂದು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಮಿತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿತು.   |
|  |  | ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ :51 ರ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆಯು ADDITIONAL ACCESSORIES ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ Stone grasping forceps - 5Fr. - 40 cm with alligator jaws ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೋರಿದರು.  | ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ಯುರಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ :51 ರ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆಯು ADDITIONAL ACCESSORIES ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ Stone grasping forceps - 5Fr. - 40 cm with alligator jaws ರ ಬದಲು Stone grasping forceps - 3Fr. - 40 cm with alligator jaws ಎಂದು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಮಿತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿತು.  |
|  |  | ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ :52 ಹಾಗೂ 53 ರಲ್ಲಿ Semi-Rigid URS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ವಿಭಿನ್ನ ಅಳತೆಯ(Different Sizes) ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 01ರ Size 8/9.8 F ಹಾಗೂ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 02ರ Size 6/7.5 F ಅಳತೆಯು ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 03 ರ Size 4.5/6.5 F ಅಳತೆಯು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು. | ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ, ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ :52 ಹಾಗೂ 53 ರಲ್ಲಿ Semi-Rigid URS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ವಿಭಿನ್ನ ಅಳತೆಗಳಿಗೆ(Different Sizes) ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿಭಿನ್ನ ಅಳತೆಗೆ ದರವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ನಮೂದಿಸಲು ಮತ್ತು ಕವರ್-2 ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದ ನಂತರ ವಿಭಿನ್ನ ಅಳತೆಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದರವನ್ನು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಅಳತೆಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಸಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಸಮಿತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿತು. |

|  |                  |  |   |
|--|------------------|--|---|
|  | M/s<br>Allengers | <p>ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ :54 ಹಾಗೂ 55 ರಲ್ಲಿ Laser Generator ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Accessories ಗಳನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ನಮೂದಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೋರಿದರು.</p> | <p>ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ಯುರಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ :54 ಹಾಗೂ 55 ರಲ್ಲಿ Laser Generator ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Accessories ಗಳನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ನಮೂದಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:55 ರಲ್ಲಿ Accessories for Laser Generator_ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ Essential accessories ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು. ಮುಂದುವರೆದು, ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 54 ರಲ್ಲಿ It should be supplied with following compatible accessories ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 01 ರಿಂದ 09 ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂತೆ ಸಮಿತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿತು.</p> |
|--|------------------|--|---|

ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಡಾ|| ಕೆ.ಎಸ್.ಎಂ.ಆರ್.,  
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು,  
ನೆಫ್ರೋ-ಯುರಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

